Forest
DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.

FREIHÄNDIGE HVE

SCHRITT 1: Schieben Sie die Kopfstütze nach oben, bis sie frei vom Stuhl ist (ABB. 1).

SCHRITT 2: Führen Sie die Gleitschiene der Kopfstütze durch den Montageschlitz (ABB. 2).

SCHRITT 3: Positionieren Sie die Halterung an der Oberseite des Gleiters bündig mit dem Schlitz (ABB. 3).

SCHRITT 4: Positionieren Sie die Kopfstütze wie gewünscht und ziehen Sie die Spannschraube zur Sicherung handfest an. Fahren Sie mit Seite 2 fort.

WARNUNG: Bei der Arbeit mit einem Mundspülbecken und/oder Kanisterabfluss/Saugflüssigkeiten wird persönliche Schutzausrüstung (PSA) empfohlen, um eine Exposition gegenüber möglichen gefährlichen Abfällen zu vermeiden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Feststoffbehälter, falls vorhanden, leer ist. Falls dies nicht der Fall ist, nehmen Sie das Einwegsieb mit behandschuhten Händen aus dem Kanister und geben Sie es direkt in einen auslaufsicheren Beutel, um ein Verschütten des kontaminierten Inhalts zu vermeiden.

HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.

ABB. 1:



ABB. 2:



ABB. 3:



WARNUNG: Die Spannschraube sollte vom Patienten weg zeigen.

SCHRITT 5: HVE-Düse in der Halterung einrasten lassen; der flexible Arm des Assistenten wird hinter den Stuhl geführt (ABB. 4-4.1).

HINWEIS: Wenn das vorhandene HVE-Modell nicht mit der Aufnahme kompatibel ist, ersetzen Sie das HVE-Schlauchpaket durch das mitgelieferte.

SCHRITT 6: Befestigen Sie den HVE-Schlauch am HVE-Anschluss (ABB. 5).

HINWEIS: Die Abbildung des Staubsaugerbehälters entspricht möglicherweise nicht dem Modell, das sich in Ihrem Operationssaal befindet. Schlagen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach, um die richtige Platzierung und den Anschluss der Schläuche zu ermitteln. Die Installation von HVE-Schläuchen kann das Entfernen einer HVE-Kappe oder eines vorhandenen HVE-Schlauches erfordern.

ABB. 4:



ABB. 4.1:



ABB. 5:





DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459