Forest
DENTALEZ

# MONTAGEANLEITUNG

## WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

*WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

*VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

*HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

*WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. Bauingenieur oder Architekt, wenn ein Liefersystem an der Gebäudestruktur befestigt wird. Wenn Sie das Liefersystem auf einem Schrank, Regal oder einer anderen Möbelalternative installieren, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass das Gerät strukturell solide und an der Gebäudestruktur befestigt ist, um das Gewicht des Liefersystems zu tragen und ein Ablösen oder Kippen zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest™ haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.*

*VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

*VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

*HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,18 mm), 7/32" (5,56 mm) and 5/16" (7,94 mm) Inbusschlüssel, und Wasserwaage.

## BEFESTIGUNG UNTER DEM REGAL

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16 x 7/8" (2,22 mm) Innensechskantschrauben Klasse 8, 4 Stück.

*SCHRITT 1:* Befestigen Sie die Schwerlastplatte unter der Tischplatte (ABB. 1).

*SCHRITT 2:* Befestigen Sie den Arm an der robusten Montageplatte (ABB. 2).

*SCHRITT 3:* Installieren Sie eine Flasche mit sauberem Wasser (ABB. 3).

*SCHRITT 4:* Installation abgeschlossen.

*PLATTE UNTER DEM TISCH, 11" X 14,5" (27,94 CM X 36,83 CM)*




*ABB. 1:*




*ABB. 2:*




*ABB. 3:*



*HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

## *WANDMONTAGE*

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16 x 1-1/4" (31,75 mm) Innensechskantschrauben Klasse 8, 4 Stück.

*HINWEIS: Bei einer Montagehöhe von 20" (50,17 cm) über dem Boden hat die Arbeitsfläche des Geräts eine Höhe von 34" (86,36 cm) über dem Boden. Erkundigen Sie sich beim Bediener, ob die Installation akzeptabel ist.*

*SCHRITT 1:* Befestigen Sie die große Platte 16" x 18" (40,64 cm x 45,72 cm) an der Wand (ABB. 1). Wenn die Wandmontageplatte nicht benötigt wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

*SCHRITT 2:* Befestigen Sie die 6" x 6" (15,24 cm x 15,24 cm) Montageplatte (ABB. 2).

*SCHRITT 3:* Montieren Sie das Armgelenk in die Plattennabe (ABB. 3).

*HINWEIS: Informationen zur Nivellierung des Steuerkopfes finden Sie auf Seite 1.*

*SCHRITT 4:* Installieren Sie eine Flasche mit sauberem Wasser (ABB. 3).

*SCHRITT 5:* Installation abgeschlossen.

*ABB. 1:*




*MONTAGEPLATTE, 6" X 6" (15,24 CM X 15,24 CM)*




*HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

*ABB. 2:*




*WANDMONTAGEPLATTE (METALL PULVERBESCHICHTET), 16" X 18" (40,64 CM X 45,72 CM) LAMINAT, 18" X 23,75" (45,72 CM X 60,32 CM)*




*HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

*ABB. 3:*



*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:*

CE 0459