Forest
DENTALEZ

ABB. 1:



FREIHÄNDIGE HVE

SCHRITT 1: HVE-Düse in der Halterung einrasten lassen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Der flexible Arm des Assistenten wird hinter den Stuhl geführt (ABB. 2).

SCHRITT 3: Spannschraube zum Anziehen nach rechts und zum Lösen nach links drehen (ABB. 3).

⚠ *WARNUNG: Die Spannschraube sollte vom Patienten weg zeigen.*

⚠ *WARNUNG: Informationen zur Infektionskontrolle finden Sie im Handbuch für die Asepsis von Forest™ OP-Geräten und für die Aufbereitung und Wartung von HVE/SE-Geräten.*

⚠ *VORSICHT: Die HVE sollte nicht in der Halterung ruhen, während der Patient für die Behandlung positioniert wird oder den Stuhl verlässt.*

ABB. 2:



ABB. 3:



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

8.11.21 0097-064 Rev. A