Forest DENTALEZ

FIG. 1 :



DISPOSITIF MAINS-LIBRES D'ASPIRATION À HAUTE VÉLOCITÉ

ÉTAPE 1 : Clipsez la buse d'aspiration à haute vélocité dans le support (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Le bras flexible de l'assistant se disposera derrière le fauteuil (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Tournez la vis de serrage vers la droite pour la serrer et vers la gauche pour la desserrer (FIG. 3).

⚠ *ATTENTION : La vis de serrage doit se trouver à l'opposé du patient.*

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'asepsie du matériel opératoire et le Guide de l'opérateur pour la restérilisation et l'entretien de l'aspiration à haute vélocité et du tube d'éjection de salive de Forest™ pour les procédures de contrôle des infections.*

⚠ *AVERTISSEMENT : L'aspiration à haute vélocité ne doit pas reposer dans le support lorsque le patient est positionné pour le traitement ou lorsqu'il quitte le fauteuil.*

FIG. 2 :



FIG. 3 :



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

11.8.21 0097-064 Rév. A 1 sur 1