Forest

DENTALEZ

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/ elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH/VERWENDUNGSZWECK Der zahnärztliche Hocker ist dazu bestimmt, dem Zahnarzt während der diagnostischen und therapeutischen Behandlung im klinischen Umfeld Zugang und Sicht auf die Mundhöhle zu ermöglichen. Es gibt keine Kontraindikationen für dieses Produkt.

⚠ *WARNUNG: Siehe den Leitfaden für die Asepsis von Forest Operationsgeräten für die Verfahren zum Schutz von Oberflächen und Barrieren.*

⚠ *VORSICHT: Nach Bundesrecht darf dieses Gerät nur von einem Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes verkauft werden, der nach dem Recht des Staates, in dem er praktiziert, berechtigt ist, das Gerät zu verwenden oder seine Verwendung anzuordnen.*

6176 ARZTHOCKER UND 6187 ASSISTENZHOCKER (ABB. 1)

SCHRITT 1: Heben Sie den vorderen rechten Hebel an, um die Sitzhöhe einzustellen. (ABB. 1.1).

SCHRITT 2: Heben Sie den hinteren rechten Hebel an, um die Sitzneigung einzustellen (ABB. 1.2).

SCHRITT 3: Drehen Sie den Knopf zur Höhenverstellung der Rückenlehne gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu lockern. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, drehen Sie den Höhenverstellknopf der Rückenlehne im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne zu arretieren (ABB. 1.3).

SCHRITT 4: Heben Sie den linken Hebel an, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen. Drücken Sie den linken Hebel nach unten, bis er einrastet, um die freischwebende Rückenlehne zu aktivieren (ABB. 1.4).





6187 ASSISTENZHOCKER (ABB. 2)

SCHRITT 1: Stellen Sie die Höhe des Rumpfstützarms ein, indem Sie den Einstellknopf zum Lockern gegen den Uhrzeigersinn und zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen (ABB. 2.1).

SCHRITT 2: Bewegen Sie den Hebel des Ratschenarms in die Richtung, in die Sie den Arm bewegen möchten (ABB. 2.2).



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE