Forest
DENTALEZ

Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales de Forest™ pour le glossaire des symboles, les termes, la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils d'utilisation.

INDICATIONS D'UTILISATION/UTILISATION PRÉVUE

Le tabouret dentaire est destiné à positionner le praticien dentaire pour lui permettre d'accéder à la cavité buccale et de la voir pendant le traitement diagnostique et thérapeutique dans un environnement clinique. Il n'y a pas de contre-indications pour ce produit.

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'asepsie du matériel opératoire de Forest pour les procédures de protection des surfaces et contre les bactéries.*

⚠ *AVERTISSEMENT : La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que par ou sur l'ordonnance d'un praticien dentaire habilité par la loi de l'État dans lequel il exerce à utiliser ou à ordonner l'utilisation de ce dispositif.*

6156 TABOURET ÉCONOMIQUE DU MÉDECIN, 6157 TABOURET ÉCONOMIQUE DE L'ASSISTANT 6160 TABOURET DELUXE DE L'ASSISTANT (FIG. 1)

ÉTAPE 1 : Tournez le bouton de réglage de la hauteur du dossier dans le sens antihoraire pour desserrer le dossier. Une fois la position désirée atteinte, tournez le bouton de réglage de la hauteur du dossier dans le sens horaire pour verrouiller le dossier en place (FIG. 1.1).

ÉTAPE 2 : Soulevez le levier de droite pour régler la hauteur du siège. Relâchez le levier pour lui permettre de se verrouiller en place (FIG. 1.2).



FIG. 1.1 : BOUTON DE HAUTEUR DU DOSSIER

FIG. 1.2 : LEVIER DE HAUTEUR DU SIÈGE

DESSOUS DU SIÈGE

6159 TABOURET DELUXE DU MÉDECIN ET 6161 TABOURET DELUXE DE L'ASSISTANT (FIG. 2)

ÉTAPE 1 : Soulevez le levier avant droit pour régler la hauteur du siège (FIG. 2.1).

ÉTAPE 2 : Soulevez le levier arrière droit pour régler l'inclinaison du siège (FIG. 2.2).

ÉTAPE 3 : Tournez le bouton de réglage de la hauteur du dossier dans le sens antihoraire pour desserrer le dossier. Une fois la hauteur désirée atteinte, tournez le bouton de réglage de la hauteur du dossier dans le sens horaire pour verrouiller le dossier en place (FIG. 2.3).

ÉTAPE 4 : Soulevez le levier de gauche pour régler l'inclinaison du dossier. Appuyez sur le levier de gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille en place pour actionner le dossier flottant (FIG. 2.4).



FIG. 2.1 : LEVIER DE HAUTEUR DU SIÈGE

FIG. 2.3 : BOUTON DE HAUTEUR DU DOSSIER

FIG. 2.2 : LEVIER D'INCLINAISON DU SIÈGE



FIG. 2.4 : LEVIER D'INCLINAISON DU DOSSIER

6160 ET 6161 TABOURET DELUXE DE L'ASSISTANT (FIG. 3)

ÉTAPE 1 : Réglez la hauteur du bras de soutien du tronc en tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire pour le desserrer et dans le sens horaire pour le resserrer (FIG. 3.1).

ÉTAPE 2 : Basculez le levier du bras à cliquet dans la direction dans laquelle vous désirez déplacer le bras (FIG. 3.2).



FIG. 3.1 : BOUTON DE RÉGLAGE



FIG. 3.2 : LEVIER DU BRAS À CLIQUET

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE