Forest
DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det resultere i personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

HÅNDFRI HVE

TRIN 1: Skub nakkestøtten op, indtil den er fri af stolen (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt nakkestøttens glidestang gennem monteringsåbningen (FIG. 2).

TRIN 3: Placer monteringen i toppen af glideren flugter med frigangsåbningen (FIG. 3).

TRIN 4: Placer nakkestøtten som ønsket, og stram spændeskruen med hånden for at fastgøre. Fortsæt til side 2.

⚠ *ADVARSEL: Når der arbejdes med skydemundstykke og/eller beholderafløbs-/udsugningsvæsker, anbefales personlige værnemidler ("PPE") for at undgå eksponering for muligt farligt affald.*

⚠ *ADVARSEL: Før du begynder, skal du sikre dig, at beholderen for faststofbeholdere, hvis den findes, er tom. Hvis ikke, iført handsker, skal du fjerne engangssien fra beholderen direkte i en tæt pose for at undgå at spilde forurenet indhold.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

FIG. 1:



FIG. 2:



FIG. 3:



⚠ *ADVARSEL: Spændeskruen skal vende væk fra patienten.*

TRIN 5: Sæt HVE-dysen fast i holderen; den fleksible assistant's arm falder bag stolen (FIG. 4-4.1).

BEMÆRK: Hvis eksisterende HVE-type ikke er kompatibel med vugge, skal du udskifte HVE-slangesamlingen med den medfølgende.

TRIN 6: Fastgør HVE-slangen til HVE-porten (FIG. 5).

BEMÆRK: Illustrationen af vakuumbeholderen repræsenterer muligvis ikke den stil, der er placeret i din betjening. Se din betjeningsvejledning for at identificere den korrekte placering og tilslutning af slangen. Installation af HVE-slanger kan kræve fjernelse af en HVE-hætte eller eksisterende HVE-slange.

FIG. 4:



FIG. 4.1:



FIG. 5:





DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459