

## *CPU/AFFALDSHYLDE*

*TRIN 1:* Fastgør hylden til H-rammen.



CPU/affaldshylde installeret.



**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459

6.22.21 0097-527 Rev. C





# Forest DENTALEZ

## *ADVARSELSSYMBOL-TAST*

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, IE-bygningsingeniør eller arkitekt, når du fastgør en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden installeres på et skab, en hylde eller et andet møbel, skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen for at understøtte genstandens vægt, hvilket forhindrer løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af en forkert installation.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

⚠ *FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringsværktøj er muligvis ikke egnet til din specifikke installation. Udvis forsigtighed, når du vælger værktøj, for at undgå potentiel skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af værktøjsvalg.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 3,2 mm og 5,6 mm unbrakonøgle, 1,4 cm skralde.

ℹ *BEMÆRK: Nogle dele kan være installeret af Forest.*

## *ORGANISATIONSBEHOLDERE, BAKKER OG MONITORSAMLING*

*TRIN 1:* Fastgør organisationsbeslag (FIG. 1-1.1).

*TRIN 2:* Fastgør tårne til beslag.

## *ARBEJDSOVERFLADE*

*FIG. 1:*




*SERIE 7000 LEVERING*
*FIG. 1.1:*



## *ORGANISATIONSBEHOLDERE, BAKKER OG MONITORSAMLING (FORTSAT)*

### *ARBEJDSOVERFLADE OG SERIE 7000 LEVERING*

*TRIN 3:* Installer beholderne i de tilsvarende udskæringer (FIG. 2).

*TRIN 4:* Fjern tårnproppen og indsæt bakken (FIG. 3).

*TRIN 5:* Fjern tårnproppen og indsæt skærmbeslaget (FIG. 4).

*TRIN 6:* Endelig samling (FIG. 5).

*FIG. 2:*



*FIG. 3:*



*FIG. 4:*



*FIG. 5:*






## *PRO SERIE 7000*

### *INSTALLATION AF BEHOLDERPLADE (FIG. 1).*

*TRIN 1:* Installer beslag under chassiset.

*TRIN 2:* Fastgør beholderpladen til beslagene.

*TRIN 3:* Installer beholdere i beholderpladen.

### *PROCEDURE INSTALLATION AF HYLDE (FIG. 2).*

*TRIN 1:* Fastgør hyldestolper til beholderpladen.

*TRIN 2:* Skru de øverste tårne ind i hyldestolper.

*TRIN 3:* Sæt stik i tårne.

### *INSTALLATION AF DREJEBAKKE (FIG. 3).*

*TRIN 1:* Installer linket til bunden af procedurehylden.

*TRIN 2:* Fastgør tårnet til linket og indsæt bakkearmen.

### *INSTALLATION AF SKÆRMBESLAG (HYLDEPROCEDURE ER PÅKRÆVET) (FIG. 4).*

*TRIN 1:* Fjern tårnproppen.

*TRIN 2:* Indsæt skærmbeslaget.

### *INSTALLATION AF TASTATURBAKKE (FIG. 5).*

*TRIN 1:* Fastgør L-beslag under beholderpladen.

*TRIN 2:* Fastgør tastaturholderen med knappen.

*FIG. 4:*




*FIG. 1:*




*FIG. 2:*




*FIG. 3:*




*FIG. 5:*