Forest
DENTALEZ

FIG. 1:



EYECTOR DE GRAN VOLUMEN MANOS LIBRES

PASO 1: Colocar la boquilla en el soporte presionando hasta que quede fija en su lugar (FIG. 1).

PASO 2: El brazo del asistente flexible quedará acomodado detrás del sillón (FIG. 2).

PASO 3: Gire el tornillo de tensión hacia la derecha para ajustarlo y hacia la izquierda para aflojarlo (FIG. 3).

⚠ *ADVERTENCIA: El tornillo de tensión debe apuntar en dirección opuesta al paciente.*

⚠ *ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario sobre Asepsia de Equipos Operatorios y Reprocesamiento y Mantenimiento de Eyectores de Gran Volumen/Eyector de Saliva de Forest™ para procedimientos de control de infecciones.*

⚠ *PRECAUCIÓN: El eyector de gran volumen no debe estar descansando sobre el soporte mientras se posiciona al paciente para el tratamiento o mientras el paciente se baja del sillón.*

FIG. 2:



FIG. 3:



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459