Forest
DENTALEZ

*FIG. 1:*




## *EVACUATORE HVE A MANI LIBERE*

*PASSO 1:* Inserire l'ugello dell'evacuatore HVE nella base (FIG. 1).

*PASSO 2:* Il braccio flessibile per l'assistente ricade dietro la poltrona (FIG. 2).

*PASSO 3:* Far ruotare la vite di tensione verso destra per stringere e verso sinistra per allentare (FIG. 3).

⚠ *AVVERTENZA: La vite di tensione deve essere rivolta nella direzione opposta a quella in cui si trova il paziente.*

⚠ *AVVERTENZA: Consultare i Manuali d'uso Forest™ sull'Asepsi della strumentazione chirurgica e sul Ricondizionamento e manutenzione degli aspiratori HVE/SE per le procedure di controllo delle infezioni.*

⚠ *ATTENZIONE: L'evacuatore HVE non deve trovarsi nel suo alloggiamento mentre si invita il paziente ad accomodarsi per la terapia o ad alzarsi dalla poltrona.*

*FIG. 2:*




*FIG. 3:*




*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459