Forest

DENTALEZ

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

INDIKATIONERFORBRUG/TILSIGTETANVENDELSE

Tandlægeskamlen er beregnet til at give tandlægen adgang til mundhulen under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

⚠ *ADVARSEL: Se Forest Operatory Equipment Asepsis Operator's Guide for overflade- og barrierebeskyttelses-procedurer.*

⚠ *FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer at bruge eller bestille brug af enheden.*

6176 TANDLÆGESKAMMEL OG 6187 ASSISTENTSKAMMEL (FIG. 1)

TRIN 1: Løft det forreste højre håndtag for at justere sædehøjden (FIG. 1.1).

TRIN 2: Løft det bagerste højre håndtag for at justere sædets hældning (FIG. 1.2).

TRIN 3: Drej knappen til justering af ryglænets højde mod uret for at løsne ryglænet. Når den ønskede højde er nået, drejes justeringsknappen til ryglænets højde med uret for at låse ryglænet på plads (FIG. 1.3).

TRIN 4: Løft venstre håndtag for at justere ryglænets hældning. Skub venstre håndtag ned, indtil håndtaget låser på plads for at aktivere det frit flydende ryglæn (FIG. 1.4).



FIG 1.3: KNAP TIL JUSTERING AF RYGHØJDE

FIG. 1.2: HÅNDTAG TIL HÆLDNING AF SÆDE

FIG. 1.1: HÅNDTAG TIL JUSTERING AF SÆDEHØJDE



FIG. 1.4: HÅNDTAG TIL RYGLÆN

6187 ASSISTENTSKAMMEL (FIG. 2)

TRIN 1: Juster højden af torsostøttearmen ved at dreje justeringsknappen mod uret for at løsne og med uret for at spænde igen (FIG. 2.1).

TRIN 2: Drej skraldearmsgrebet i den retning, du ønsker, at armen skal bevæge sig (FIG. 2.2).



FIG. 2.1: JUSTERINGSKNAP



FIG. 2.2: SKRALDEARMSGREB

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE