Forest

DENTALEZ

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso.

INDICAZIONI PER L'USO/DESTINAZIONE D'USO L'uso previsto dello sgabello odontoiatrico è posizionare l'operatore odontoiatrico in modo da consentirgli migliore accesso e visibilità al cavo orale del paziente durante il trattamento diagnostico e terapeutico in ambiente clinico. Non esistono controindicazioni per l'uso di questo prodotto.

⚠ *AVVERTENZA: Per le procedure relative alla protezione della superficie e alle barriere protettive, consultare il Manuale d'uso Forest sull'Asepsi della strumentazione chirurgica.*

⚠ *ATTENZIONE: Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo esclusivamente a un medico odontoiatra autorizzato dalla legge dello Stato in cui esercita o su prescrizione dello stesso.*

SGABELLO PER MEDICO MODELLO 6176 E SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO 6187 (FIG. 1)

PASSO 1: Sollevare la leva anteriore destra per regolare l'altezza della seduta (FIG. 1.1).

PASSO 2: Sollevare la leva posteriore destra per regolare l'inclinazione della seduta (FIG. 1.2).

PASSO 3: Ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso antiorario per allentare lo schienale. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso orario per bloccare lo schienale in posizione (FIG. 1.3).

PASSO 4: Sollevare la leva sinistra per regolare l'inclinazione dello schienale. Spingere verso il basso la leva sinistra finché si blocca nella posizione in cui lo schienale risulta libero (FIG. 1.4).

FIG. 1.3: MANOPOLA PER L'ALTEZZA DELLO SCHIENALE

FIG. 1.2: LEVA PER L'INCLINAZIONE DELLA SEDUTA

FIG. 1.1: LEVA PER L'ALTEZZA DELLA SEDUTA



FIG. 1.4: LEVA PER L'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO 6187 (FIG. 2)

PASSO 1: Regolare l'altezza del braccio di supporto del busto ruotando la manopola di regolazione in senso antiorario per allentarla e in senso orario per stringerla nuovamente (FIG. 2.1).

PASSO 2: Attivare/disattivare la leva con braccio a cricchetto nella direzione in cui si desidera che si muova il braccio (FIG. 2.2).



FIG. 2.1: MANOPOLA DI REGOLAZIONE

FIG. 2.2: LEVA CON BRACCIO A CRICCHETTO

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE