Forest

DENTALEZ

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso.

INDICAZIONI PER L'USO/DESTINAZIONE D'USO L'uso previsto dello sgabello odontoiatrico è posizionare l'operatore odontoiatrico in modo da consentirgli migliore accesso e visibilità al cavo orale del paziente durante il trattamento diagnostico e terapeutico in ambiente clinico. Non esistono controindicazioni per l'uso di questo prodotto.

⚠ *AVVERTENZA: Per le procedure relative alla protezione della superficie e alle barriere protettive, consultare il Manuale d'uso Forest sull'Asepsi della strumentazione chirurgica.*

⚠ *ATTENZIONE: Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo esclusivamente a un medico odontoiatra autorizzato dalla legge dello Stato in cui esercita o su prescrizione dello stesso.*

SGABELLO PER MEDICO MODELLO ECONOMY 6156, SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO ECONOMY 6157 E SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO DELUXE 6160 (FIG. 1)

PASSO 1: Ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso antiorario per allentare lo schienale. Una volta raggiunta la posizione desiderata, ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso orario per bloccare lo schienale in posizione (FIG. 1.1).

PASSO 2: Sollevare la leva destra per regolare l'altezza della seduta. Rilasciare la leva per bloccarla (FIG. 1.2).



FIG 1.1: MANOPOLA PER L'ALTEZZA DELLO SCHIENALE

FIG. 1.2: LEVA PER L'ALTEZZA DELLA SEDUTA

SOTTO LA SEDUTA

SGABELLO PER MEDICO MODELLO DELUXE 6159 E SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO DELUXE 6161 (FIG. 2)

PASSO 1: Sollevare la leva anteriore destra per regolare l'altezza della seduta (FIG. 2.1).

PASSO 2: Sollevare la leva posteriore destra per regolare l'inclinazione della seduta (FIG. 2.2).

PASSO 3: Ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso antiorario per allentare lo schienale. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale in senso orario per bloccare lo schienale in posizione (FIG. 2.3).

PASSO 4: Sollevare la leva sinistra per regolare l'inclinazione dello schienale. Spingere verso il basso la leva sinistra finché non si blocca nella posizione in cui lo schienale risulta libero (FIG. 2.4).

FIG. 2.1: LEVA PER L'ALTEZZA DELLA SEDUTA

FIG. 2.3: MANOPOLA PER L'ALTEZZA DELLO SCHIENALE

FIG. 2.2: LEVA PER L'INCLINAZIONE DELLA SEDUTA



FIG. 2.4: LEVA PER L'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLI DELUXE 6160 E 6161 (FIG.3)

PASSO 1: Regolare l'altezza del braccio di supporto del busto ruotando la manopola di regolazione in senso antiorario per allentarla e in senso orario per serrarla nuovamente (FIG. 3.1).

PASSO 2: Attivare/disattivare la leva con braccio a cricchetto nella direzione in cui si desidera che si muova il braccio (FIG. 3.2).



FIG. 3.1: MANOPOLA DI REGOLAZIONE



FIG. 3.2: LEVA CON BRACCIO A CRICCHETTO

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE