Forest

DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

❗ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

HANDS-FREE HVE

KROK 1: Posuňte opěrku hlavy nahoru, dokud se neuvolní z křesla (OBR. 1).

KROK 2: Vložte kluznou lištu opěrky hlavy přes montážní otvor (OBR. 2).

KROK 3: Umístěte držák na horní stranu kluzné lišty v rovině s otvorem zprůchodnění (OBR. 3).

KROK 4: Umístěte opěrku hlavy dle potřeby a ručně utáhněte napínací šroub, abyste opěrku zajistili. Pokračujte na stranu 2.

⚠ *VAROVÁNÍ: Při práci s plivátkem a/nebo odtokem nádoby / sacími kapalinami se doporučuje použití osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), abyste se vyvarovali vystavení možnému nebezpečnému odpadu.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Než začnete, ujistěte se, že sběrač pevných látek nádoby, pokud je přítomen, je prázdný. Pokud není, s nasazenými rukavicemi odeberte z nádoby jednorázové sítko a umístěte jej přímo do nepropustného sáčku, abyste zabránili rozlití kontaminovaného obsahu.*

❗ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

OBR. 1:



OBR. 2:



OBR. 3:



⚠ *VAROVÁNÍ: Napínací šroub by měl směřovat pryč od pacienta.*

KROK 5: Zacvakněte trysku HVE do kolébky; ohebné pomocné rameno se umístí za křeslo (OBR. 4-4.1).

POZNÁMKA: Pokud stávající styl HVE není kompatibilní s kolébkou, vyměňte sestavu hadičky HVE za poskytnutou sestavu.

KROK 6: Připevněte hadičku HVE k otvoru HVE (OBR. 5).

POZNÁMKA: Ilustrace vakuové nádoby nemusí odpovídat stylu nádoby ve vaší ordinaci. Informace o správném umístění a připojení hadičky naleznete v provozní příručce. Instalace HVE hadičky může vyžadovat odstranění uzávěru HVE nebo stávající hadičky HVE.

OBR. 4:



OBR. 4.1:



OBR. 5:





DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459