Forest
DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.

HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.

VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun hoitoyksikkö kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin. Jos hoitoyksikkö asennetaan kaappiin, hyllyyn tai muuhun huonekaluun, varmista erityisen tarkasti, että laite on ehjä ja turvallisesti kiinni rakennuksen rakenteissa ja kestää hoitoyksikön painon ilman että se irtoaa tai taipuu alas, mikä voi aiheuttaa vammoja. Forest™ ei vastaa virheellisten asennusten aiheuttamista vahingoista.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.

HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.

Tarvittavat työkalut: Ura- ja ristipääruuvitaltat.

KAAPPIKIINNITYS

VAIHE 1: Asenna hoitoyksikkö tuotteella tai alla olevilla mitoilla (KUVA 1).

HUOMIO: Käytä pöytätasoon sopivia ruuveja yksikön asentamiseen (kiinnitystarvikkeet eivät sisälly pakkaukseen).

KUVA 1:



HUOMIO: Ei mittakaavassa.

HOITOYKSIKÖN KIINNITTÄMINEN

VAIHE 1: Merkitse hoitoyksikön kiinnitysruuvien sijainnit tuotteella (KUVA 1).

VAIHE 2: Kiinnitä yksikkö pöytätason alle (KUVA 2).

VAIHE 3: Liitä puhdasvesijärjestelmän pullo (KUVA 3).

KUVA 1:



KUVA 2:



KUVA 3:



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459