DELUXE STOLIČKA PRO SESTŘIČKY 6160/6161

KROK 1: Vložte kolečka do základny. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2)

KROK 2: Vložte do základny válec pro nastavení výšky (OBR. 3).

KROK 3: Nasuňte nastavitelnou stupačku přes válec pro nastavení výšky a utáhněte knoflík stupačky, abyste ji zajistili na místě (OBR. 4).

KROK 4: Umístěte kroužky na válec pro nastavení výšky a utáhněte stavěcí šrouby (OBR. 5).

KROK 5: Nasuňte chromovou trubici ramene na horní část válce pro nastavení výšky, dokud nebude pevně usazená (OBR. 6).

KROK 6: Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 7).

KROK 7: Odeberte zástrčku a vložte sestavu zad do sestavy sedadla. Po instalaci zástrčku odeberte (pouze 6161C) (OBR. 8).

KROK 8: Zasuňte ráčnové rameno do trubky ramene. Pevně utáhněte knoflík trubky ramene ve směru hodinových ručiček, abyste rameno zajistili na místě (OBR. 9).

KROK 9: Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.



OBR. 9: SESTAVA ZÁDOVÉ OPĚRKY (POUZE 6161C)

OBR. 8: RÁČNOVÉ RAMENO

OBR. 7: SESTAVA SEDADLA

OBR. 6: CHROMOVÁ TRUBKA RAMENE

OBR. 5: KROUŽEK

OBR. 4: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY

OBR. 3: NASTAVITELNÁ STUPAČKA

OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA

OBR. 1: KOLEČKA



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že nastavovací knoflíky trubky ramene a stupátka jsou utaženy (otočením ve směru hodinových ručiček), aby se zabránilo jakémukoli sklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.

VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.

VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

STOLIČKA DELUXE A ECONOMY

Forest DENTALEZ

NÁVOD K INSTALACI

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.

UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

VAROVÁNÍ: Píst zapojte do válce pro nastavení výšky až po sestavení stoličky. Aktivace pístu před instalací může způsobit zranění.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

6156 STOLIČKA ECONOMY PRO LÉKAŘE

KROK 1: Vložte kolečka do základny. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2).



OBR. 5: SESTAVA ZÁDOVÉ OPĚRKY

OBR. 4: SESTAVA SEDADLA

OBR. 3: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY

OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA

OBR. 1: KOLEČKA

KROK 2: Vložte válec pro nastavení výšky do hliníkové základny (OBR. 3).

KROK 3: Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 4).

KROK 4: Vložte sestavu zpět do mechanismu pod sedadlem a utáhněte pevně knoflík ve směru hodinových ručiček (OBR. 5).

KROK 5: Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.



VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.

VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.

6157 STOLIČKA ECONOMY PRO SESTŘIČKY

KROK 1: Vložte kolečka do základny. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2)

KROK 2: Vložte do základny válec pro nastavení výšky (OBR. 3).

KROK 3: Nasuňte stupačku přes válec pro nastavení výšky (OBR. 4).

KROK 4: Umístěte kroužky na válec pro nastavení výšky a utáhněte stavěcí šrouby (OBR. 5).

KROK 5: Nasuňte chromovou trubici ramene na horní část válce pro nastavení výšky, dokud nebude pevně usazená (OBR. 6).

KROK 6: Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 7).

KROK 7: Zasuňte pevné rameno do trubky ramene. Pevně utáhněte knoflík trubky ramene ve směru hodinových ručiček, abyste rameno zajistili na místě (OBR. 8).

KROK 8: Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.



OBR. 8: PEVNÉ RAMENO

OBR. 7: SESTAVA SEDADLA

OBR. 6: CHROMOVÁ TRUBKA RAMENE

OBR. 5: KROUŽEK

OBR. 4: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY

OBR. 3: PEVNÁ STUPAČKA

OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA

OBR. 1: KOLEČKA



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že nastavovací knoflík trubky ramene je utažený (otočením ve směru hodinových ručiček), aby se zabránilo jakémukoli sklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.

VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.

VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.

6159 STOLIČKA DELUXE PRO SESTŘIČKY OBSLUHU

KROK 1: Vložte kolečka do základny. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2).

KROK 2: Vložte do základny válec pro nastavení výšky (OBR. 3).

KROK 3: Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 4).

KROK 4: Odeberte zástrčku a vložte sestavu zad do sestavy sedadla. Po instalaci zástrčku vyměňte (OBR. 5).

KROK 5: Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.



OBR. 5: SESTAVA ZÁDOVÉ OPĚRKY

OBR. 4: SESTAVA SEDADLA

OBR. 3: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY

OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA

OBR. 1: KOLEČKA



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že nastavovací knoflík výšky je utažený (otočením ve směru hodinových ručiček), aby se zabránilo jakémukoli sklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.

VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.

VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.