Forest

DENTALEZ

KÄDET VAPAANA -TEHOIMUKÄRKI

VAIHE 1: Napsauta tehoimukärjen suutin putken alustaan (KUVA 1).

VAIHE 2: Joustava hoitajan varsi roikkuu tuolin takana (KUVA 2).

VAIHE 3: Kiristä kiristysruuvi kääntämällä oikealle, löysää kääntämällä vasemmalle (KUVA 3).

⚠ *VAROITUS: Kiristysruuvi on suunnattava poispäin potilaasta.*

⚠ *VAROITUS: Tarkista infektionhallintatoimenpiteet Forest™:n Hoitolaitteiston aseptiikka ja tehoimukärjen/sylki-imurin jälleenkäsittely ja huolto – käyttäjän oppaasta.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tehoimukärki ei saa olla putken alustassa, kun potilasta asetellaan hoitoa varten tai hän poistuu tuolista.*

KUVA 1:



KUVA 2:



KUVA 3:



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

11.8.21 0097-064 Versio A 1/1