TAKAKIINNITTEINEN SIVUHOITOYKSIKKÖ

KÄYTTÄJÄN OPAS

Forest

DENTALEZ

HOITAJAN (KUVA 1)
Kaikki ohjaimet ovat työtason alla.

DUO-HOITOYKSIKKÖ (KS. OHJAINYLÄKAPPALEEN KÄYTTÖ)
Kaikki ohjaimet ovat ohjainyläkappaleessa.

VALINNAINEN PIKALIITÄNTÄ (KUVA 2)
Lisäliitäntä toiselle veden- ja/tai ilmanlähteelle.

ILMAPIKALIITÄNNÄN VIRTAAMANSÄÄTÖ (KUVA 3)
Mahdollistaa ilmapikaliitännän virtaaman säätämisen. Lisää virtaamaa kääntämällä nuppia vastapäivään, vähennä kääntämällä myötäpäivään.

VESIPIKALIITÄNNÄN VIRTAAMANSÄÄTÖ (KUVA 4)
Mahdollistaa vesipikaliitännän virtaaman säätämisen. Lisää virtaamaa kääntämällä nuppia vastapäivään, vähennä kääntämällä myötäpäivään.

PYSTYSÄÄTÖ (SEINÄKIINNITYS) (KUVA 5)
Säädä pystysäätöruuvit (4) suoraan.

PYSTYSÄÄTÖ (PÖYDÄNALINEN KIINNITYS) (KUVA 6)
Säädä pystysäätöruuvit (4) suoraan.

SIIRTYMÄNSÄÄTÖRUUVIT (KUVA 6)
Löysää tai kiristä siirtymänsäätöruuvit (3).

KORKEUDEN SÄÄTÖ (LASKEMINEN) (KUVA 7)
VAIHE 1: Poista koontijohto ja kiinnittimet.
VAIHE 2: Nosta työtaso pois varren päältä.
VAIHE 3: Löysää ja irrota aluslevy ja mutteri.
VAIHE 4: Käännä varsirakenne (ks. KUVA alla).
VAIHE 5: Palauta varsi paikalleen (kiristämällä aluslevy ja mutteri).
VAIHE 6: Palauta työtaso varren päälle ja kiinnitä.
VAIHE 7: Reititä koontijohto ja asenna kiinnittimet.

KUVA 1: OHJAIMET TYÖTASON ALLA



KUVA 2: PIKALIITÄNNÄN OHJAIMET TYÖTASON ALLA (VALINNAINEN, EI VAKIO)



KUVA 5: SEINÄKIINNIKE



KUVA 6: PÖYDÄNALINEN



KUVA 7: KORKEUDEN SÄÄTÖ



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459