Forest

DENTALEZ

Symboly, pojmy, prohlášení o EMC / elektrické bezpečnosti a pokyny pro uživatele naleznete v obecné provozní příručce Forest™.

INDIKACE PRO POUŽITÍ / ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Zubařská stolička má stomatologovi umožnit přístup a viditelnost do dutiny ústní během diagnostického a terapeutického ošetření v klinickém prostředí. Tento produkt nemá žádné kontraindikace.

⚠ *VAROVÁNÍ: Postupy ochrany povrchu a bariéry naleznete v provozní příručce asepse provozního zařízení Forest.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení stomatologům nebo na jejich objednávku, kteří mají licenci podle zákona státu, ve kterém používají nebo objednávají použití zařízení.*

6156 ECONOMY STOLIČKA PRO LÉKAŘE, 6157 ECONOMY STOLIČKA PRO SESTŘIČKY A 6160 DELUXE STOLIČKA PRO SESTŘIČKY (OBR. 1).

KROK 1: Abyste opěrku zad povolili, otočte knoflík nastavení výšky opěrky zad ve směru hodinových ručiček. Jakmile dosáhnete požadované pozice, otočte knoflík nastavení výšky opěrky zad ve směru hodinových ručiček, abyste opěrku zad uzamkli na místě (OBR. 1.1).

KROK 2: Abyste nastavili výšku sezení, zvedněte pravou páku. Pusťte páku, aby se uzamkla na místě (OBR. 1.2).





6159 DELUXE STOLIČKA PRO LÉKAŘE A 6161 DELUXE STOLIČKA PRO SESTŘIČKY (OBR. 2).

KROK 1: Abyste nastavili výšku sezení, zvedněte přední pravou páku (OBR. 2.1).

KROK 2: Abyste nastavili náklon sezení, zvedněte zadní pravou páku (OBR. 2.2).

KROK 3: Abyste opěrku zad povolili, otočte knoflík nastavení výšky opěrky zad ve směru hodinových ručiček. Jakmile dosáhnete požadované výšky, otočte knoflík nastavení výšky opěrky zad ve směru hodinových ručiček, abyste opěrku zad uzamkli na místě (OBR. 2.3).

KROK 4: Abyste nastavili náklon opěrky zad, zvedněte levou páku. Abyste uvedli v činnost volně plovoucí opěrku zad, zatlačte na levou páku, dokud se páka neuzamkne na místo (OBR. 2.4).



DELUXE STOLIČKA PRO SESTŘIČKY 6160 A 6161 (OBR.3)

KROK 1: Nastavte výšku podpěrného ramene trupu otočením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček, čímž provedete povolení, nebo ve směru hodinových ručiček, čímž opětovně utáhnete (OBR. 3.1).

KROK 2: Přepněte páku ráčnového ramene ve směru, v jakém chcete, aby se rameno pohybovalo (OBR. 3.2).



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE